

## 当院の MMG の現状報告

高山赤十字病院 田中 志保里

### 【はじめに】

当院における MMG の現状（使用機器、精度管理、検査の実施状況、撮影技師等）について報告する。

### 【使用機器】

- ・ KONICA MINOLTA PCM システム MGU-100B MERMAID
- ・ KONICA MINOLTA REGIUS Vstage MODEL190
- ・ KONICA MINOLTA DRYPRO MODEL793

読影環境：フィルム

施設認定：有り

### 【日常の精度管理】

- ・ 156 ファントム及びステップファントムを撮影、確認

### 【実施状況】

- ・ ドック、高山市乳がん健診  
H23 年度の受診者件数：1324 名  
行なっている検査：視触診、MMG
- ・ 外来（乳腺外来）  
H23 年度の受診者件数：1331 名  
行なっている検査：視触診、MMG、US

### 【MMG 認定技師数】

- ・ 男性：5 名
- ・ 女性：4 名

### 【撮影時の注意点】

- ・ 撮影室内の環境整備
- ・ 患者様に対する接遇、及び状態の確認

### 【今後の展望】

- ・ 撮影技師間の技術の差が少なくなるよう、意見交換や精度管理に努める
- ・ 撮影装置の仕様を把握し、品質管理も怠らない
- ・ 撮影技師、読影医師等が集まって検討会を行なう